

The Japan Society for Analytical Chemistry

日本分析化学会

認証書

Certified Reference Material

JSAC 0771 (低濃度, U8 容器)
 JSAC 0772 (低濃度, 100 mL 容器)
 JSAC 0773 (低濃度, 1 L 容器)

しいたけ認証標準物質 (粉末状, 低濃度) 放射能分析用

本標準物質は、セシウム 134 (^{134}Cs) , セシウム 137 (^{137}Cs) , カリウム 40 (^{40}K) の放射能濃度が認証された粉末状のしいたけ試料で、JIS Q 0035 (ISO Guide 35) に規定される共同実験方式を用いて認証値を決定したものである。

γ 線スペクトロメトリーによる放射能分析の妥当性確認、測定器の精度管理などに用いることができる。

認証値 **基準日時 (日本時間)** **2013 年 12 月 1 日 0 時 0 分 0 秒**

標準物質 番号	成分	放射能濃度 ^{注1)} Bq/kg	拡張不確かさ ($k=2$) ^{注2)} Bq/kg	室間再現 標準偏差 (SD) ^{注3)} Bq/kg
JSAC 0771 JSAC 0772 JSAC 0773	^{134}Cs	99	9	6
	^{137}Cs	233	20	13
	^{40}K	707	53	33

注1) 認証値は、水分を含んだ試料質量をもとに計算している。

注2) 拡張不確かさは、合成標準不確かさに包含係数 $k=2$ を乗じたもので、信頼の水準約 95 % に相当する。

注3) 室間再現標準偏差は、認証値決定のために共同実験に参加した試験所の測定値の平均値を基準として求めた標準偏差である。

使用方法と使用上の注意

1. JSAC 0771 は、試料 30.0 g を U8 容器(内径 48 mm)に充てんした後、中蓋を入れ、上蓋で

- 固定されている。容器を故意に振動・転倒させて試料を攪拌することを避ける。
2. U8 容器に充てんした試料の高さは 50 mm であるが、必要に応じて高さを測定することを推奨する。
 3. JSAC 0772 及び JSAC 0773 は適切な放射能測定用の容器に詰めかえて用いる。採取量は 30 g 以上とし、測定容器に詰めた試料の質量を精確に測定し、記録する。
 4. 測定容器に詰めかえる際は、あまり強く押し込まないように均質に充てんする。
 5. 本標準物質は、放射性核種を含むため取扱いに注意し、廃棄の際には関連法規を遵守する。

保管上の注意及び認証値の安定性

本標準物質は、デシケータに入れて冷暗所に保管する。

日本分析化学会では定期的に安定性試験を行い、その結果から有効保存期間及び有効保存期限を決めて、学会の会誌又はウェブサイト等に公表するので、参照すること。

標準物質の調製方法及び均質性評価

放射性物質で汚染された乾燥しいたけ及び汚染の無い乾燥しいたけを、それぞれ連続粉碎を行える製粉機及び電磁振動ふるい分け器を用いて粉末状に粉碎、1 mm 以下にふるい分けした後、十分な均質性が得られるように混合し、U8 容器(30.0 g)、100mL 容器 (約 30 g)、1L 容器 (約 300 g) に瓶詰めした。最後に、20 kGy の γ 線照射による滅菌を行い候補標準物質とした。

均質性試験は 12 試料を用いて、 ^{134}Cs 及び ^{137}Cs については放射能濃度の測定により、 ^{40}K については化学分析により実施した。評価された均質性は合成標準不確かさに含めた。

105 °C、5 時間の乾燥による試料の質量の減少を測定したところ、約 9.5 %の質量の減少が認められた。

認証値の決定方法

認証値は、14 試験所による Ge 半導体検出器を用いた γ 線スペクトロメトリー^{文献¹⁾}による共同実験結果を JIS Q 0035 の手順に沿って統計的に処理して得られたものである。すなわち、U8 容器に充填した 150 個の試料からほぼ等間隔に抜き取り参加試験所に配付した。認証値は 14 の報告値の平均値であり(棄却したデータはなかった)、拡張不確かさは、共同実験の平均値、検出効率校正、自己吸収補正、及び均質性試験から推定された標準不確かさを合成して包含係数を乗じて算出した。また、室間再現標準偏差 (SD , 報告値の標準偏差に等しい) を記載した。

共同実験の実施期間

共同実験は 2014 年 1 月から 2 月の間に行われた。

計量トレーサビリティ

測定器の校正には計量トレーサビリティが確保された手順が用いられた。すなわち、国家標準へのトレーサビリティが取れた標準線源が用いられた。なお、一部の試験所では ^{40}K について KOH 又は KCl が標準に用いられた。

認証日付 2014 年 3 月 24 日

認証値決定に協力した分析機関

東京都市大学原子力研究所
 東京都市大学工学部
 明治大学 理工学部
 京都大学原子炉実験所
 東京大学アイソトープ総合センター
 (公財)日本分析センター
 (公社)日本アイソトープ協会
 (一財)日本食品分析センター
 (独)放射線医学総合研究所
 (独)日本原子力研究開発機構
 (独)農業環境技術研究所
 エヌエス環境株式会社
 株式会社環境総合テクノス
 日本ハム株式会社中央研究所
 以上 14 機関

生産及び頒布機関 公益社団法人 日本分析化学会

調製・均質性試験機関 環境テクノス株式会社 (北九州市戸畑区中原新町 2-4)
 東京都市大学原子力研究所 (川崎市麻生区王禅寺 971)
 埼玉大学大学院理工学研究科 (さいたま市桜区下大久保 255)

認証責任者 公益社団法人 日本分析化学会
 標準物質委員会
 委員長 上本 道久

作業委員会： 放射能標準物質作製委員会

	氏名	所属
委員長	平井 昭司	東京都市大学
委員	薬袋 佳孝	武蔵大学
委員	岡田 往子	東京都市大学
委員	米澤 仲四郎	(公財)日本国際問題研究所
委員	三浦 勉	(独)産業技術総合研究所
委員	植松 慶生	(公財)日本適合性認定協会
委員	岡田 章	(株)テルム
事務局	柿田 和俊	(公社)日本分析化学会
事務局	小島 勇夫	(公社)日本分析化学会

受託事業 放射能環境標準物質開発委員会

	氏 名	所 属
リーダー	葉袋 佳孝	武蔵大学
サブリーダー	岩本 浩	環境テクノス(株)
委 員	米澤 仲四郎	(公財)日本国際問題研究所
委 員	三浦 勉	(独)産業技術総合研究所
委 員	渋谷 雅美	埼玉大学大学院
委 員	荒川 史博	日本ハム株式会社中央研究所
アドバイザー	千葉 光一	(独)産業技術総合研究所
アドバイザー	真田 哲也	(公財)日本分析センター
アドバイザー	山田 崇裕	(公社)日本アイソトープ協会
事務局	柿田 和俊	(公社)日本分析化学会
事務局	小島 勇夫	(公社)日本分析化学会

本認証書の詳細については開発成果報告書を参照のこと。

文献1) 平成4年改訂 放射能測定シリーズ No.7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」

問合せ先 公益社団法人 日本分析化学会
〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目26-2
五反田サンハイツ 304号
Tel. 03(3490)3351
Fax 03(3490)3572
ホームページ : <http://www.jsac.or.jp/srm/srm.html>
e-mail : crmpt@ml.jsac.or.jp

付記:本認証標準物質は、独立行政法人科学技術振興機構による研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム）として受託し、2013年度に開発されたものである。ただし、当該委託費には、認証した標準物質の保存・頒布等に要する費用（管理費を含む）は含まれていない。