

## 焼却炉ばいじん認証標準物質 ダイオキシン類分析用

JSAC 0511(高濃度), JSAC 0512(低濃度)



灰の種類：ばいじん

形態：粉体(粒度：106 μm 以下)

共同実験参加機関数：22 機関

特徴：ゴミ焼却炉のダイオキシン類の排出規制に対応する焼却炉ばいじん認証標準物質です。  
本標準物質は廃木材焼却炉のバグフィルターから採取したものです。  
実試料の分析結果の妥当性確認などに使用できます。

認証成分：PCDDs及びPCDFsの17異性体，  
PCDDs及びPCDFsの同族体10種，  
DL-PCBsの12異性体。

認証値

毒性当量(TEQ)合計 (pg/g)

成分	JSAC 0511	JSAC 0512
PCDDs + PCDFs	714 ± 20	124.2 ± 7.8
DL-PCBs	17.94 ± 0.86	2.96 ± 0.15
ダイオキシン類 合計	732 ± 21	127.1 ± 7.3

頒布本体価格：60g 瓶入り各 1 本につき本会団体会員：50,000 円，それ以外：75,000 円（送料込み，消費税別）