

模擬排水認証標準物質
ダイオキシン類分析用
JSAC 0321-4

特 徴：排水のダイオキシン類の排出規制に対応する模擬排水認証標準物質です。こらはダイオキシン類成分含有ばいじんを微粉化し、飲料水に添加した人工排水で、硝酸を添加(0.05 mol/L)して安定化を図っております。実試料の分析結果の妥当性確認などに使用できます。

認証成分：PCDDs 及び PCDFs の 17 異性体，PCDDs 及び PCDFs の同族体 10 種，DL-PCBs の 12 異性体。



種 類：模擬排水
形 態：溶液

認 証 値
毒性当量(TEQ)合計(pg/L)

成分	JSAC 0321-4
PCDDs + PCDFs	25.08 ± 0.46
DL-PCBs	4.43 ± 0.09
ダイオキシン類 合計	29.52 ± 0.53

認証値：本会ダイオキシン類分析技能試験で報告された58機関の分析値を基に棄却等を含めた統計処理を行い、平均値を採用しました。

頒布本体価格：3 L 入り褐色ガラス瓶 2 本 1 組につき本会団体会員：50,000 円，それ以外 75,000 円(送料込み，消費税別)