


プラスチック認証標準物質(ディスク状) 臭素成分蛍光X線分析用

JSAC 0651(低濃度) ~ JSAC 0655(高濃度)



特徴： WEEE/RoHS規制に対応するプラスチック認証標準物質です。標準物質原料を液体として調製したことにより、均質性の確保、調製の容易さなどを図ることができます。Br成分の蛍光X線分析用で繰り返し使用できます。実試料の分析結果の妥当性確認などに使用できます。

認証成分： Br

材質： ポリエステル樹脂

形状： 直径 40 mm ,

厚さ 4 mm ± 0.05 mm のディスク状。

表面を平滑に研磨仕上げ

共同実験参加機関数：19 機関

認証値 ($\mu\text{g} / \text{g}$)

JSAC 0651 (空試験用)	1 未満
JSAC 0652	105.8 ± 3.6
JSAC 0653	292.6 ± 7.9
JSAC 0654	595 ± 15
JSAC 0655	993 ± 23

頒布本体価格：ディスク 5 枚入り 1 セットにつき本会団体会員：70,000 円, それ以外：91,000 円(送料込み, 消費税別)